사전유해인자위험분석 결과서

위험성평가일자 2016-02-04

결과지작성일자 2016-02-12

분류	**1 OVEN 사용**			**2 시약사용**		**3 MIP 실험**		
원인	**1.1 고온**		**1.2 동선**	**2.1 유해물질**		**3.1 시약 사용**	**3.2 산, 유기용매 사용**	**3.3 Needle 사용**
유해위험요인	보호구 (장갑 및 실험복)의 부재로 인한 화상 위험	기기작동 여부 sign 의 부재로 인한 화상 위험이 있음	기기 문 개·폐 시 실험자 동선에 걸림 위험	산, 유기용매 등으로 인한 증기	화학물질 노출/ 화학물질 접촉	실험 시 시약으로 인한 증기	실험 시 용액으로 인한 증기 및 접촉	부주의로 인한 needle 접촉
현재안전조치	1. 반드시 보호구 착용	1. 기기작동 여부 sign 부착	1. 주의 sign 부착	1. 환기설비 안에서 실험 실시 2. 보호구 착용	1. 실험복 및 보호구 착용 2. MSDS 숙지 및 비치	1. 환기설비 안에서 실험 실시 2. 실험 후 실험실 환기	1. MSDS 숙지 2. 환기설비 안에서 실험 실시	1. 보호구 착용
배선영								
김건								
황유라								
이소영								
박수미								
유지선								
김혜원								
백지혜								
평균								